

UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3312 /SYT-NVY
V/v xin thay thế hàng tạm thời
VT0487: Dung dịch sát khuẩn, khử
trùng dụng cụ.

An Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2019

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội Tỉnh An Giang;
- Kho bạc Nhà nước Tỉnh An Giang;
- Các cơ sở y tế trong tỉnh.

Sở Y tế nhận được Công văn số 106/CV-YTV ngày 26/11/2019 của Công ty Cổ Phần TM&DV Y tế Việt về việc xin thay thế hàng tạm thời mã hàng VT0487: Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ.

Căn cứ công văn số 102/2019/CV-YTV ngày 13/11/2019 về việc thu hồi sản phẩm Opaster'anios.

Theo nội dung công văn do sản phẩm Opaster'anios bị thu hồi với lý do sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất do có chứa vi khuẩn *Pseudomonas oryzihabitans* và *Delftia Acidovorans* công ty đề nghị thay thế mặt hàng khác tương đương về một số tiêu chuẩn (Thành phần, thời gian tiếp xúc..) và giá thành không thay đổi, công ty cam kết sẽ giao đúng hàng Opaster'anios khi có hàng trở lại.

Sau khi xem, Sở Y tế thông báo đến các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh nội dung chi tiết như sau:

Mặt hàng hiện tại:

TT	Mã SP	Tên hàng hoá	Tên Thương Mại	Cơ sở sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Đơn giá VNĐ(có VAT)
1	VT0487	Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ	OPASTER'ANIOS (5L) + test thử	Anios	Pháp	Thùng	892,500

Mặt hàng thay thế:

TT	Mã SP	Tên hàng hoá	Tên Thương Mại	Cơ sở sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Đơn giá VNĐ(có VAT)
1	VT0487	Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ	CIDEX OPA (5L) + test thử	Johnson & Johnson	Nhật	Thùng	892,500

Sở Y tế tỉnh An Giang trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT CP TM&DV Y tế Việt;
- Lưu: VT, NVY.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Từ Hoàng Tước