

Số: 1444 /QĐ-SYT

An Giang, ngày 24 tháng 9 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Phân bổ trang thiết bị y tế

**Gói thầu:** Mua 3 máy thở dòng cao (HFNC) phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang

- **Nguồn vốn:** Kinh phí phòng chống dịch tả tay chân miệng, Cúm A (H1N1) năm 2021

- **Dự toán:** Mua 3 máy thở dòng cao (HFNC) phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang

## GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ AN GIANG

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND Tỉnh An Giang về việc Ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh An Giang;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh An Giang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;

Căn cứ Công văn số 1042/UBND-KTTH ngày 21/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thẩm quyền trong đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn nhà nước thuộc tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1375/QĐ-SYT ngày 01/9/2021 của Sở Y tế về việc Phê duyệt dự toán mua 3 máy thở dòng cao (HFNC) phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Sở Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua 3 máy thở dòng cao (HFNC) phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định 1431/QĐ-SYT ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Sở Y tế An Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Gói thầu: Mua 3 máy thở dòng cao (HFNC) phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang”;

Căn cứ Hợp đồng kinh tế số 08/2021-HĐKT-TBYT ngày 20/09/2021 được ký kết giữa Sở Y tế và Công ty TNHH Thiết bị Y tế DMED “Gói thầu: Mua 3 Bộ Máy thở dòng cao (HFNC) phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang”-

*Nguồn vốn: Kinh phí phòng chống dịch tả tay chân miệng, Cúm A (H1N1), .... năm 2021;*

*Trên cơ sở Tờ trình số 744/TTr-BV ngày 9/9/2021 của Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh về việc xin cấp máy thở HFNC;*

*Xét đề nghị của phòng Kế hoạch – Tài chính.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phân bổ trang thiết bị y tế cho Đơn vị y tế là Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang,

- Gói thầu: Mua 3 Bộ Máy thở dòng cao (HFNC) phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang.

- Nguồn vốn: Kinh phí phòng chống dịch tả tay chân miệng, Cúm A (H1N1), .... năm 2021.

- Dự toán: mua 3 máy thở dòng cao (HFNC) phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang.

Cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>Tên thiết bị - thông số kỹ thuật</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Đơn giá (Đồng)</b>	<b>Thành tiền (Đồng)</b>	<b>Phân nhóm Theo TT14</b>
1	<p><b>Bộ thở OXY dòng cao qua mũi (HFNC)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Model: AIRVO 2</li> <li>- Hãng sản xuất: Fisher &amp; Paykel / New Zealand</li> <li>- Xuất xứ máy chính: New Zealand</li> <li>- Chứng nhận: ISO 13485, EC</li> <li>- Năm sản xuất: 2020 - 2021.</li> </ul> <p>Hàng mới 100%</p> <p><b>Phụ kiện đi kèm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1/ Máy chính tích hợp tua-bin và màn hình LCD (Hãng sx: F&amp;P; SL: 1)</li> <li>2/ Dây thở công nghệ AirSpiral (tích hợp sẵn điện trở nhiệt và giảm thiểu tối đa giảm động nước) kèm bình làm ẩm MR290 (có phao cân chỉnh mực nước tự động) (Hãng sx: F&amp;P; SL: 3)</li> <li>3/ Canula (gọng mũi), thở qua mũi, dùng 1 lần (Hãng sx: F&amp;P; SL: 5)</li> <li>4/ Lưu lượng kế (Flow meter)</li> </ul>	Bộ	3	160.000.000	480.000.000	2

<p>60 lít/phút (Hãng sx: Việt Nam; SL: 1)  5/ Xe đẩy (Hãng sx: Việt Nam; SL 1)</p> <p><b>Tính năng kỹ thuật:</b>  <b>1/ Các tính năng tiêu chuẩn của máy:</b>  a/ Dùng cho trẻ nhỏ từ 3 kg đến người lớn.  b/ Máy tích hợp sẵn:  - Tua-bin nén khí (không cần bảo trì).  - Tích hợp Hệ thống làm nóng/âm khí (lắp đặt dễ dàng).  - Bộ trộn khí FiO2 (công nghệ siêu âm, không cần thay thế).  - Cảm biến: Theo dõi nồng độ Oxy (bằng siêu âm, không cần thay thế).  c/Tính năng làm sạch và khử trùng cho máy, tránh lây nhiễm chéo.  e/ Có chế độ riêng cho sơ sinh (Junior mode).  f/ Giao diện thở (Interfaces) cao cấp: Optiflow và Optiflow Junior2  g/ Nhỏ gọn và cân nặng 3kg.</p> <p><b>2/ Chế độ thở:</b>  - Thở oxy dòng cao cho đối tượng người lớn.  - Thở oxy dòng cao cho đối tượng trẻ em/sơ sinh (Junior mode).</p> <p><b>3/ Màn hình cài đặt:</b>  - Lưu lượng điều chỉnh từ 10 - 60 lít/phút (cho người lớn), và 2 - 25 lít/phút (cho trẻ em/sơ sinh).  - Bộ trộn khí oxy điều chỉnh từ 21% - 100%.  - Nhiệt độ điều chỉnh từ: 31oC đến 37oC.</p> <p><b>4/ Màn hình hiển thị:</b>  - Giá trị lưu lượng dạng số (lít/phút)  - Nồng độ oxy thở vào dạng số (%)</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>- Nhiệt độ mục tiêu ống dây dạng số (độC)</p> <p><b>5/ Hiện thị báo động:</b> Lỗi dây thở, Tắt nghẽn, Rò rỉ khí, O2 cao/thấp, Không thể đạt dòng mục tiêu, Không có nước bình làm ấm, Không thể đạt nhiệt độ mục tiêu, Kiểm tra điều kiện vận hành, Lỗi mất nguồn, Lỗi hệ thống.</p> <p><b>6/ Tính năng của giao diện thở:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có dây cố định sau đầu, cố định trên mặt mềm giảm áp lực lên mặt</li> <li>- Thiết kế prongs mềm, thoải mái khi sử dụng</li> <li>- Dây thở có 'Công nghệ Evaqua giảm dòng nước trong đường ống thở</li> <li>- Trên dây thở và giao diện thở có kẹp giúp cố định phụ kiện, bệnh nhân thay đổi tư thế dễ hơn.</li> <li>- Nhiều kích cỡ phù hợp với từng đối tượng bệnh nhân</li> </ul>					
<b>TỔNG CỘNG: 01 khoản</b>				<b>480.000.000</b>	
<b>(Bảng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu đồng)</b>					

**Điều 2.** Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang có nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận TTBYT, chuẩn bị nhân sự để lắp đặt, hướng dẫn sử dụng hoạt động thiết bị.

**Công ty TNHH Thiết bị Y tế DMED, địa chỉ: Số 178 Đường Số 1, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM** trúng thầu giao trang thiết bị đến đơn vị, kể cả hướng dẫn vận hành, sử dụng, bảo hành 12 tháng được tính chung theo Biên bản nghiệm thu giữa Sở Y tế ký với Công ty này. Thời gian giao nhận hàng từ ngày hợp đồng có hiệu lực 20/9/2021 đến ngày 05/10/2021 (15 ngày).

Khi nhận trang thiết bị y tế Đơn vị có nhiệm vụ kiểm tra, đối chiếu đầy đủ chi tiết (Model, hãng - nước sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất, cấu hình chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá, CO, CQ ... như trong **Hợp đồng kinh tế số 08/2021-HĐKT-TBYT ngày 20/09/2021 được ký kết giữa Sở Y tế và Công ty TNHH Thiết bị Y tế DMED đính kèm**) trước khi ký nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản (**Mẫu số 06/TSC-MSTT Nghị định số 151/2017/NĐ-CP**) và sau đó nhập vào tài sản quản lý, bảo quản sử dụng theo đúng qui định.

*Lưu ý: Bảo hành sẽ kết thúc khi Công ty trúng thầu và Sở Y tế cùng Đơn vị sử dụng hoàn tất ký Biên bản kết thúc bảo hành 12 tháng cho mỗi loại thiết bị cung cấp,*

*đảm bảo thiết bị hoạt động tốt suốt thời gian bảo hành (Biên bản kết thúc bảo hành sẽ lập thành ít nhất là 04 bản, Sở Y tế giữ 02 bản), sau đó số thiết bị đó sẽ chuyển sang bảo trì (hợp đồng bảo trì giữa cơ quan, Đơn vị sử dụng và Công ty cung cấp cùng nhau bàn bạc và quyết định).*

Chế độ báo cáo trong quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế: Công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại các Đơn vị y tế sẽ chịu sự kiểm tra theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Do vậy, khi trang thiết bị y tế cấp về theo nhu cầu của Đơn vị y tế sử dụng, theo định mức được duyệt, mà sau thời gian hoạt động vẫn còn mới, sử dụng ít hay sử dụng một vài lần rồi không sử dụng nữa, thì Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm phải báo ngay về Sở Y tế để có hướng xử lý, tránh lãng phí, không hiệu quả khi đầu tư, đưa vào sử dụng.

**Điều 3.** Các phòng ban thuộc Sở Y tế An Giang, Tổ mời thầu, nhà thầu trúng thầu và Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**GIÁM ĐỐC**

***Nơi nhận:***

- Như điều 3 (thi hành);
- Lưu: VT, KHTC.

**Trần Quang Hiến**